

Gminne Centrum Zdrowia
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Olsztyнку
ul Chopina 11
11-015 Olsztynek

Wykonawcy zamówienia

PN/2/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowego aparatu ultrasonograficznego z trzema sondami rok produkcji 2016(PN/2/2016)

Na skierowane niżej wymienione pytania przez wykonawców, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) odpowiadamy na poniższe pytania.

1. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 7) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji posiadający dynamikę 310 dB, ale bez wyświetlania jej wartości na ekranie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 10) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji posiadający maksymalną częstotliwość odświeżania dla obrazu 2D 1500 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 16) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji posiadający wysokiej klasy monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro na przegubowym ramieniu o wysokiej rozdzielczości, bez przeplotu, z płyną regulacją kontrastu, jasności, podświetlania matrycy z możliwością pochylenia, obrotu i zmiany wysokości względem pulpitu sterowniczego o przekątnej obracu 21,3" w formie 4:3 zamiast 16:9, co zapewnia większy obraz diagnostyczny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

4. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 19) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji ważący 115 kg?

Odpowiedź: Tak.

5. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 38) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji z funkcją obrazowania tomograficznego na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia 8 równoległych warstw?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 39) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji, ale nie posiadający funkcji obrazowania, które pozwala na uzyskanie dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą, krzywą lub kilkoma liniami prostymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

7. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 41) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji posiadający 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC, ale bez możliwości regulacji cyfrowej z panelu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 53) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji posiadający możliwość rozbudowy dostępną na dzień składania ofert o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT na obrazie 2D, ale nie posiadający tej funkcji na obrazie bryłowym (3D)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

9. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 54) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznych pomiarów głowki płodu na zeskanowanej bryle 3D-min BPD, HC, CM, Cereb?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

10. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 55) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznych pomiarów kości długich płodu na zeskanowanej bryle?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

11. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 68) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 3-13MHz

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

12. (dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ PN/2/2016 pkt. 77) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymogi specyfikacji z wewnętrznym dyskiem twardym przeznaczonym do archiwizacji badań o pojemności 1 TB w technologii HDD?

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ
w Olsztynku
Dorota Gruszczyńska
Dorota Gruszczyńska

GMINNE CENTRUM ZDROWIA
Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
11-015 Olsztynek, ul. Chopina 11
tel. 089 519 35 63
Regon 510699293, NIP 739-29-61-820