

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Nr ZO/6/2022

1. Zamawiający określa w Pakiecie zbiorczym poz. 115 i 116 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi, nieodpłatnych glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta pod warunkiem bezpłatnego przekazania kompatybilnych z nimi glukometrów.

2. Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 115 i 116 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta pod warunkiem bezpłatnego przekazania kompatybilnych z nimi glukometrów.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ
w Olsztynie
Dorota Graczyńska

GMINNE CENTRUM ZDROWIA
Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Medycznej w Olsztynie
11-015 Olsztyn, ul. Chopina 11
tel. 519 35 63
Regon 51622233, NIP 739-29-61-820