

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr ZO/11/2023

Poz. 90 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy ma na myśli blister a'6 w ilości 20 szt. x a'6 czy pełne opak. A'50 blisterów x 20 opak.?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje:

Paski do zamykania ran 6 x 38mm op.=50 szt. (blistrów)

Poz. 121 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną 2.5 bez mankietu.

Poz. 152 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę op. a'50 z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź:

Wykonawcy, którzy oferują towar w innych opakowaniach niż podane w formularzu cenowym powinni przeliczyć ilość towaru w opakowaniu według wielkości opakowań podanych w formularzu cenowym.

Poz. 155 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy ma na myśli poj. 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje:

Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej z złącznikiem stożkowym Luer Lock o poj. 50ml.

Poz. 189 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń w rozmiarze 7F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji dużych naczyń w rozmiarze 7F.

Poz. 207 Czy Zamawiający dopuści żel bezbarwny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza żel bezbarwny.

Poz. 107 Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy PCV dla dorosłych rezerwuar 2000 ml, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

Resuscytator jednorazowy PCV dla dorosłych zestaw:

resuscytator PVC 1700 ml, maska nr 5, rezerwuar 2000 ml, zawór bezpieczeństwa.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

Poz. 27, 28 Czy Zamawiający dopuści elektrody z kablem o długości 1,2-1,3m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

Elektroda do defibrylacji ze złączem QUIK-COMBO z kablem o długości 1,2-1,3 m kompatybilne z urządzeniami Physio-Control Lifepak 15 op= 2 szt. (1para)

Poz. 27, 28 Czy Zamawiający dopuści elektrody z kablem na zewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

Elektroda do defibrylacji ze złączem QUIK-COMBO z kablem na zewnątrz kompatybilne z urządzeniami Physio-Control Lifepak 15 op= 2 szt. (1para)

Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści elektrody ze stałym żelem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu ofertowym.

Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 56x42mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu ofertowym.

Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Wykonawcy, którzy oferują towar w innych opakowaniach niż podane w formularzu cenowym powinni przeliczyć ilość towaru w opakowaniu według wielkości opakowań podanych w formularzu cenowym.

Poz. 49 Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Wykonawcy, którzy oferują towar w innych opakowaniach niż podane w formularzu cenowym powinni przeliczyć ilość towaru w opakowaniu według wielkości opakowań podanych w formularzu cenowym.

Poz. 83 Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 106,5x23?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu ofertowym.

Poz. 84 Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 50x20 lub 50x25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier o wymiarach 50x20 lub 50x25.

Poz. 85 Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 80x30?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier o wymiarach 80x30.

Poz. 99 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o pojemności 190ml lub 366ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu ofertowym.

Poz. 100 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o pojemności 520ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemnik na wycinki o pojemności 520ml.

Poz. 101 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o pojemności 850ml lub 1200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu ofertowym.

Poz. 102 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze o wymiarach 80x220cm, wykonany włókniny, niepodfoliowany?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu ofertowym.

Poz. 103 Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 200x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poszwę o wymiarach 200x160cm.

Poz. 107 Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach:

– worek samorozprężny jednorazowego użytku

– wykonany z PCV

– dla dorosłych

– pojemność worka 1650 ml

– rezerwuarem tlenu 2000 ml

– dren tlenowy o długości 2,1m

– maska twarzowa w rozm. 5

– zawór ciśnieniowy 60cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza resuscytator o ww. parametrach.

Poz. 108 Czy Zamawiający dopuści resuscytator o parametrach:

- worek samorozprężny jednorazowego użytku
- wykonany z PCV
- dla dzieci
- pojemność worka 550 ml
- rezerwuarem tlenu 1600 ml
- dren tlenowy o długości 2,1m
- maska twarzowa w rozm. 2
- zawór ciśnieniowy 40cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza resuscytator o ww. parametrach.

Poz. 207 Czy Zamawiający dopuści żel do USG przezroczysty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza żel do USG przezroczysty.

Poz. 27-31, 38-47, 49, 57, 73, 75-82 109-117, 150-152, 154, 156-168, 180, 183-184 Czy Zamawiający doprecyzuje, czy w ww. pozycjach gdzie opisane są opakowania poszczególnych wyrobów, wymaga wyceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie.

Dyrektor
Dorota Gruszczyńska